

NEUTRAK®

Dosimeter för att detektera neutroner

LANDAUER tillhandahåller en tjänst för persondosimetri. Denna tjänst används främst av personal som i sitt dagliga arbete riskerar att utsättas för joniserande strålning.



InLight®
med integrerad NEUTRAK



NEUTRAK-T

DEN MEST LÄMPLIGA TEKNIKEN FÖR DETEKTION AV NEUTRONER

■ Brett mätområde

Neutrak detektorn möjliggör detektering av termiska neutroner, mellanliggande neutroner och snabba neutroner.


■ Flera användningsområden

Dosimetern levereras i olika utföranden beroende på era önskemål och på användningsområde.

■ Tillförlitlighet

Neutrak dosimetern baseras på en detektor av högkvalitativ CR-39 plast.

Dosimetern är inte känslig för röntgen-, gamma- eller betastrålning.



Spår i CR-39 filmen



> DEN BÄSTA TEJNIKEN FÖR DETEKTION AV NEUTRONER

Neutrak dosimetern baseras på en detektor av CR-39. Dosimetern är inte känslig för röntgen-, gamma- eller betastrålning. Efter exponering framkallas filmen i ett etsbad där skador i plastmaterialet framträder som spår, som kan härledas till inkommande neutroner. Dessa spår läses av i ett automatiserat mikroskopsystem. Neutrak dosimetern kombineras med en OSL dosimeter och placeras i samma skal. På så vis blir det enbart en detektor att hålla reda på.

Neutroner är svåra att detektera direkt, och i Neutrak dosimetern åstadkoms detta genom användandet av två sorters konverterare. För att detektera snabba neutroner används en polyetylenkonverterare och för att detektera termiska samt mellanliggande neutroner används Teflon[®] som är dopat med bor. I båda fallen interagerar neutronerna med konverterarna och slår loss antingen protoner eller alfapartiklar vilka skapar spår i CR-39 filmen. Analysen av filmen säkerställer att det enbart är spår orsakade av ett neutronbidrag som rapporteras och ej ett bidrag av alfapartiklar från en eventuell närvaro av radongas.

Användandet av CR-39 för neutrontektion är allmänt erkänt som en av dom främsta metoderna för att detektera neutroner på grund av den linjära responsen i materialet.

> TEJNIK SPECIFIKATION

Detektionsmetod	Spårfilm
Detektortyp	Film av CR-39 med konverterarskikt
Dosimeterhållare	Plasthållare med hängare
Storlek dosimeterskal	1,8 cm x 1,2 cm x 0,3 cm & plastficka/INLIGHT
Mätintervall för dos	0,1 mSv - 20 mSv (termiska neutroner)
Känslighet Neutroner	40 keV – 14 MeV (snabba neutroner), < 0,5 keV (termiska neutroner)
Känslighet Beta	Nej
Känslighet Gamma	Nej
Ommätning	Ja, efter framkallning är spåren fixerade
Fuktkänslighet	Ej känslig
Stöttålighet	Ej känslig
Värme	Ej känslig
Fading	Nej
Användningsperiod	4 veckor till 1 kvartal
Övrigt	Får inte öppnas av användaren

> LABORATORIETS KVALIFIKATIONER

Framkallning samt analys av Neutrak dosimetrar sker hos LANDAUER EUROPE SAS vilka är ackrediterade enligt ISO 17025 av COFRAC. Neutrak dosimetern har testats och godkänts mot standarden ISO 21909:2005 av NPL.

Dosimetrlaboratoriet hos Landauer Nordic Holdings AB är godkänt av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) enligt författningen (SSMFS 2008:51) för persondosimeträmningar med OSL, TLD, samt CR-39 teknik.

LANDAUER Nordic Holdings AB. är också ackrediterat enligt ISO 17025 av SWEDAC.

